

ÚRAD PRE NORMALIZÁCIU, METROLÓGIU A SKÚŠOBNÍCTVO SR

Štefanovičova 3, 814 39 Bratislava

Rozhodnutie č. 960/111/96-012 zo dňa 27.06.1996, ktorým sa vydáva

OSVEDČENIE O SCHVÁLENÍ TYPU MERADLA

Na žiadosť firmy S. V. P. PONDUS s. r. o., Južná trieda 13, 090 01 Košice, SR, Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR na základe § 6 zákona č. 505/1990 Zb. o metrológii

schvaľuje

drevený meter na strižný tovar s typovým označením

ako určené meradlo pri dodržaní technických údajov a podmienok, uvedených v prílohe tohto Rozhodnutia.

Výrobca: S. V. P. PONDUS s. r. o., Južná trieda 13, 090 01 Košice, SR

Zmeny technických údajov meradla a podmienok nie sú dovolené. Schválený typ meradla podlieha povinnému overovaniu pri uvedení do obehu a počas jeho používania.

Platnosť tohto Osvedčenia končí dňom **30.06.2006**.

Meradlu sa prideliť štátna značka schváleného typu meradla

TSQ 111/96 - 012,

ktorá musí byť uvedená na každom meradle tohto typu.


Zdôvodnenie:

Uvedený typ meradla spĺňa všetky metrologické a technické požiadavky príslušných predpisov, čo bolo zistené a potvrdené skúškou typu vykonanou Službami legálnej metrológie SR, Metrologické pracovisko Bratislava.

Poučenie o odvolaní:

Proti tomuto Rozhodnutiu je možné podať na ÚNMS SR rozklad do 15 dní odo dňa jeho doručenia žiadateľovi.

Príloha je neoddeliteľnou súčasťou tohto Rozhodnutia. Obsahuje 4 strany textu.



Orlovský
Ing. Jozef Orlovský
riaditeľ odboru metrológie
ÚNMS SR

DREVENÝ METER NA STRIŽNÝ TOVAR

1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE

Výrobca: S.V.P. PONDUS s.r.o.
Južná trieda 13, 090 01 Košice

Štátna značka schváleného typu meradla:

TSQ 111/96 - 012

2. POPIS MERADLA

2.1 Charakteristika meradla

Dĺžkové meradlo na metrový tovar je koncové meradlo obdĺžnikového, prípadne štvorcového prierezu, ktorého dĺžka je 1 000 mm.

2.2 Princíp činnosti

Meradlo je určené k priamej reprodukcii dĺžkových hodnôt metrového tovaru /celkových, dielčích/ v určitom súvislom rozsahu.

2.3 Popis jednotlivých častí meradla

Meradlo je vyrobené z bukového dreva, ktorého konce sú zabezpečené mosadznými koncovkami upevnenými mosadznými trubkovými nitmi.



3. ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ A METROLOGICKÉ ÚDAJE

Meradlo je vyrobené z dreva /buku a oba konce sú zabezpečené kovaním /mosadz/. Kovanie je upevnené trvale k základnému materiálu trubkovými nitmi /mosadz/. Stupnica je vyznačená na dvoch protiľahlých stranách. Najmenší vyznačený dielik stupnice je 1 cm. Rozmery meradiel - namerané hodnoty /mm/

č.meradla	1	2	3	4	5	6
šírka	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2
výška	15,2	15,3	15,15	22,0	22,0	22,1
dĺžka	1000,34	1000,35	1000,35	1000,35	1000,35	1000,35

Výška číslic označujúcich desiatky centimetrov je v rozsahu 7,6 až 8 mm.

4. SKÚŠKA TYPU

Skúška bola vykonaná v SLM SR metrologické pracovisko Bratislava, Geologická ulica č.1, v oddelení č.313.

Dĺžka meradla bola skúšaná priamym porovnaním skúšaného meradla s etalónovou čiarkovou mierou IV.rádu.

Základné rozmery meradla boli skúšané kalibrovaným posuvným meradlom.

Preskúšaním bolo zistené, že predložené meradlá vyhovujú platným normám STN 990377 - Dĺžkové meradlá na metrový tovar - Technické požiadavky a STN 990378 - Dĺžkové meradlá na metrový tovar - Metódy skúšania pri úradnom overovaní.



5. ÚDAJE NA MERADLE

Stupnice meradla spĺňajú požiadavky STN 990377
článkov 36 až 43.

Označenie rysiek desiatok centimetrov vyhovuje STN
990377 článok 41.

Na každej ploche stupnice je pri konci meradla označená
celková menovitá hodnota meradla : 1 m v súlade
s STN 990377 článok 52.

Označenie výrobcu: S.V.P. PONDUS s.r.o.
a číslo typového osvedčenia: TSQ 111/96-012 je vyzna-
čené v súlade s STN 990377 článok 51. Toto označenie
je na oboch stupniciach meradla.

6. OVERENIE

Overenie meradla sa vykoná v súlade s STN 990378 článok
41 až 45.

Pri oboch koncoch meradla na každej stupnici sa vyznačí
Slovenský štátny znak. K štátnemu znaku sa pripojí
značka posledného dvojčíslia roku overenia pri nulovom
konci na každej stupnici.

Pri následnom overení, ak je meradlo správne , vyznačia
sa overovacie znaky len pri nulovom konci na každej
stupnici.



7. DOBA PLATNOSTI OVERENIA

Doba platnosti overenia je podľa platného výmeru
o určených meradlách 2 roky.

8. VZORKY MERADIEL

Typová skúška bola vykonaná na 6 kusoch dodaných
vzoriek a tieto sú uložené v SLM SR Metrologické
pracovisko Bratislava na oddelení 313.



Skúšku vykonal: Dušan Martinák
Vedúci pracoviska: Ján Mifkovič

Riaditeľ SLM SR

Metrologické pracovisko Bratislava: Ing. Ladislav Hudoba

Riaditeľ SLM SR: Jozef Slamka

V Bratislave dňa 27.6.1996