

671

ÚRAD PRE NORMALIZÁCIU, METROLÓGIU A SKÚŠOBNÍCTVO
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Štefanovičova 3, 814 39 Bratislava

D O D A T O K č . 2

zo dňa 12.12.1996

k Rozhodnutiu č. 960/128/93-011 zo dňa 23.09.1994, ktorým sa vydalo

O S V E D Č E N I E
O S C H V Á L E N Í T Y P U M E R A D L A

pre meradlo so štátnou značkou schváleného typu

T S Q 1 2 8 / 9 3 - 0 1 1

Na žiadosť LIBRA, spol. s r.o., Bazová 8, 825 12 Bratislava, Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR na základe § 6 zákona č. 505/1990 Zb. o metrológii vydáva Dodatok č. 2, ktorým sa mení a rozširuje schválenie typu meradla - elektromechanických obchodných váh typu ML 7 ako určeného meradla pri dodržaní technických údajov a podmienok, uvedených v prílohe tohoto Dodatku.

Výrobca: LIBRA, spol. s r.o., Bazová 8, 825 12 Bratislava


Zdôvodnenie:

Uvedený typ meradla spĺňa všetky metrologické a technické požiadavky príslušných predpisov, čo bolo zistené a potvrdené skúškou typu vykonanou Službami legálnej metrológie SR Banská Bystrica.

Poučenie o odvolaní:

Proti tomuto Dodatku k Rozhodnutiu je možné podať na ÚNMS SR rozklad do 15 dní odo dňa jeho doručenia žiadateľovi.

Príloha je neoddeliteľnou súčasťou tohoto Dodatku. Obsahuje 2 strany.



Orlovský
Ing. Jozef Orlovský
riaditeľ odboru metrológie
ÚNMS SR

Elektromechanické obchodné váhy

ML 7

rozšírenie o typy ML 4 a ML 11


Výrobca: LIBRA, spol. s r.o., Bazová 8, 825 12 Bratislava

Štátna značka schváleného typu meradla:

TSQ 128/93-011


Predmetom Dodatku č. 2 sú nasledujúce zmeny a doplnky prílohy k Rozhodnutiu č. 960/128/93-011 zo dňa 23.09.1994:


1. Bod 1. Základné údaje
druhý riadok sa nahrádza textom:
"Typ meradla: ML 4, ML 7 a ML 11"
2. Bod 2. Popis meradla
prvý riadok sa nahrádza textom:
"Váhy ML 4, ML 7 a ML 11"
3. Bod 2. Popis meradla
piata odrážka sa nahrádza textom:
"- majú na čelnom obslužnom paneli klávesnicu s 56 klávesmi (ML 4 a ML 7), resp. klávesnicu s 24 klávesmi a ďalšiu klávesnicu so 108 klávesmi priamych tovarov (ML 11)"
4. Bod 2. Popis meradla
siedma odrážka sa nahrádza textom:
"- sú vybavené tlačiarňou na termocitlivý papier (ML 4), resp. tlačiarňou na termocitlivý papier aj etikety (ML 7 a ML 11)"
5. Bod 3. Základné metrologické a technické údaje
údaj o type sa nahrádza textom:
"ML 4, ML 7 a ML 11"
6. Bod 3. Základné metrologické a technické údaje
údaj o rozsahu odpočítavacieho tarovníka sa nahrádza textom:
" $T \leq - \text{Max}$ "
7. Bod 3. Základné metrologické a technické údaje
údaj o rozsahu jednotkovej ceny sa nahrádza textom:
" $\text{Max}_u = 99999,9 \text{ Sk/kg}$ "
8. Bod 3. Základné metrologické a technické údaje
údaj o napájacom napätí a frekvencii sa nahrádza textom:
"230 V/ 50 Hz"




9. Bod 3. Základné metrologické a technické údaje predposledný riadok sa vypúšťa.
10. Bod 5. Údaje na meradle údaj o type sa nahrádza textom:
"ML 4, ML 7 resp. ML 11"
11. Bod 5. Údaje na meradle údaj o hodnote rozsahu tary sa nahrádza textom:
"T \leq - Max"
12. Bod 5. Údaje na meradle údaj o hodnote napájacieho napätia sa nahrádza textom:
"230 V/ 50Hz"
13. Všetky odvolávky na ČSN 99 4102 sa nahrádzajú odvolávkami na STN EN 45501.

Ostatné náležitosti prílohy k Rozhodnutiu č. 960/128/93-011 zo dňa 23.09.1994 a prílohy Dodatku č. 1 zo dňa 28.07.1995 k uvedenému Rozhodnutiu ostávajú nezmenené.


Vypracoval: Ing. Jozef Tomko

Riaditeľ SLM SR MP Bratislava: Ing. Ladislav Hudoba 

Riaditeľ SLM SR Banská Bystrica: Jozef Slamka 

V Bratislave dňa 12.12.1996

