

ÚRAD PRE NORMALIZÁCIU, METROLÓGIU A SKÚŠOBNÍCTVO SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Štefanovičova 3, 814 39 Bratislava

DODATOK č. 1

zo dňa 15.11.1996

k Rozhodnutiu č. 960/128/93-034 zo dňa 05.12.1995, ktorým sa vydalo

OSVEDČENIE O SCHVÁLENÍ TYPU MERADLA

pre meradlo so štátnou značkou schváleného typu

TSQ 128/93-034

Na žiadosť firmy METAL Servis, spol. s.r.o., Rudlovská cesta 5, P.O.BOX 28, 974 01 Banská Bystrica, Úrad pre normalizáciu, metrologiu a skúšobníctvo SR na základe § 7 zákona č. 505/1990 Zb. o metrologii vydáva Dodatok č. 1, ktorým sa rozširuje schválenie typu meradla - elektronickej žeriavovej váhy typu KGW 5 na typový rad KGW., ako určeného meradla pri dodržaní technických údajov a podmienok, uvedených v prílohe tohto Dodatku.

Výrobca: EHP Steuerungs- und Wägetechnik GmbH
Dieselstraße 8, D-77815 Bühl, SRN


Zdôvodnenie:

Uvedený typ meradla spĺňa všetky metrologické a technické požiadavky príslušných predpisov, čo bolo zistené a potvrdené skúškou typu vykonanou Službami legálnej metrologie SR Banská Bystrica.

Poučenie o odvolaní:

Proti tomuto Dodatku k Rozhodnutiu je možné podať na ÚNMS SR rozklad do 15 dní odo dňa jeho doručenia žiadateľovi.

Príloha: je neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku. Obsahuje 1 stranu.



Orlovský
Ing. Jozef Orlovský
riaditeľ odboru metrologie
ÚNMS SR

ELEKTRONICKÉ ŽERIAVOVÉ VÁHY TYPOVÝ RAD KGW..

Výrobca meradla: EHP Steuerungs und Wägetechnik GmbH,
Dieselstraße 8, D-77815 Bühl, SRN

Štátna značka schváleného typu meradla:

TSQ 128/93-034

Predmetom Dodatku č. 1 sú nasledujúce zmeny Prílohy k Rozhodnutiu
o schválení typu meradla č. 960/128/93-034, zo dňa 5.12.1995:

1. Bod 1. Základné údaje
riadok druhý sa nahrádza textom:

Typ meradla: KGW 1, KGW 2, KGW 5, KGW 10, KGW 20, KGW 30

2. Bod 3. Základné metrologické a technické údaje
sa nahrádza textom:

-typ váhy:	KGW 1	KGW 2	KGW 5	KGW 10	KGW 20	KGW 30
-trieda presnosti			III			
-horná medza váživosti Max	1 t	2 t	5 t	10 t	20 t	30 t
-dolná medza váživosti Min				20 e		
-hodnota dielika e=d=	0.5 kg	1 kg	2 kg	5 kg	10 kg	10 kg
-rozsah tarovania				T≤ -Max		
-vlastná hmotnosť	75 kg	75 kg	75 kg	75 kg	260 kg	265 kg
-teplotný rozsah				-10°C/+40°C		
-napájacie napätie				DC 12 V		

3. Bod 4. Skúška
riadok druhý sa nahrádza textom:
Technická skúška váhy sa vykonala podľa STN EN 45501, príloha A.

Ostatné náležitosti prílohy k Rozhodnutiu o schválení typu meradla č.960/128/93-034, zo dňa 5.12.1995 ostávajú nezmenené.



Vypracoval: Ing. Jozef Potančok
SLM SR MP Banská Bystrica

Riaditeľka SLM SR MP Banská Bystrica: RNDr. Irena Stingl

Riaditeľ SLM SR Banská Bystrica: Jozef Slamka

V Banskej Bystrici dňa 15.11.1996