

ÚRAD PRE NORMALIZÁCIU, METROLÓGIU A SKÚŠOBNÍCTVO SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Štefanovičova 3, 814 39 Bratislava

DODATOK č. 1

zo dňa 19.11.1996

k Rozhodnutiu č. 960/128/93-052 zo dňa 05.12.1995, ktorým sa vydalo

OSVEDČENIE O SCHVÁLENÍ TYPU MERADLA

pre meradlo so štátnou značkou schváleného typu

TSQ 128/93-052

Na žiadosť firmy METAL Servis, spol. s.r.o., Rudlovská cesta 5, P.O.BOX 28, 974 01 Banská Bystrica, Úrad pre normalizáciu, metrologiu a skúšobníctvo SR na základe § 7 zákona č. 505/1990 Zb. o metrologii vydáva Dodatok č. 1, ktorým sa rozširuje schválenie typu meradla - elektronickej žeriavovej váhy typu LK 5 na typový rad LK., ako určeného meradla pri dodržaní technických údajov a podmienok, uvedených v prílohe tohto Dodatku.

Výrobca: EHP Steuerungs- und Wägetechnik GmbH
Dieselstraße 8, D-77815 Bühl, SRN


Zdôvodnenie:

Uvedený typ meradla spĺňa všetky metrologické a technické požiadavky príslušných predpisov, čo bolo zistené a potvrdené skúškou typu vykonanou Službami legálnej metrologie SR Banská Bystrica.

Poučenie o odvolaní:

Proti tomuto Dodatku k Rozhodnutiu je možné podať na ÚNMS SR rozklad do 15 dní odo dňa jeho doručenia žiadateľovi.

Príloha: je neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku. Obsahuje 1 stranu.



Orlovský
Ing. Jozef Orlovský
riaditeľ odboru metrologie
ÚNMS SR

ELEKTRONICKÉ ŽERIAVOVÉ VÁHY TYPOVÝ RAD LK..

Výrobca meradla: EHP Steuerungs und Wägetechnik GmbH,
Dieselstraße 8, D-77815 Bühl, SRN

Štátna značka schváleného typu meradla:

TSQ 128/93-052

Predmetom Dodatku č. 1 sú nasledujúce zmeny Prílohy k Rozhodnutiu
o schválení typu meradla č. 960/128/93-052, zo dňa 5.12.1995:

1. Bod 1. Základné údaje
riadok druhý sa nahrádza textom:

Typ meradla : LK 1, LK 2, LK 5, LK 10


2. Bod 3. Základné metrologické a technické údaje
sa nahrádza textom:

-typ váhy	LK 1	LK 2	LK 5	LK 10
-trieda presnosti		(III)		
-horná medza váživosti Max	1 t	2 t	5 t	10 t
-dolná medza váživosti Min		20 e		
-hodnota dielika e=d=	0.5 kg	1 kg	2 kg	5 kg
-rozsah tarovania		T ≤ -Max		
-počet dielikov n=	2000	2000	2500	2000
-vlastná hmotnosť	44 kg	44 kg	44 kg	64 kg
-hranice pracovných teplôt		-10°C/+40°C		
-napájacie napätie		DC 12 V		

3. Bod 4. Skúška
riadok druhý sa nahrádza textom:

Technická skúška váhy sa vykonala podľa STN EN 45501, príloha A.

Ostatné náležitosti prílohy k Rozhodnutiu o schválení typu meradla
č. 960/128/93-052, zo dňa 5.12.1995 ostávajú nezmenené.



Vypracoval: Ing. Jozef Potančok
SLM SR MP Banská Bystrica

Riaditeľka SLM SR MP Banská Bystrica: RNDr. Irena Stingl

Riaditeľ SLM SR Banská Bystrica: Jozef Slamka

V Banskej Bystrici dňa 19.11.1996