

ÚRAD PRE NORMALIZÁCIU, METROLÓGIU A SKÚŠOBNÍCTVO SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Štefanovičova 3, 814 39 Bratislava

DODATOK č. 1 k Rozhodnutiu č. 960/128/94-062 zo dňa 7.3.1994 so štátnou značkou schváleného typu meradla

TSQ 128/94-062

Na žiadosť firmy METTLER - TOLEDO spol. s r.o., Drieňová 34, 821 02 Bratislava, Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR vydáva podľa § 7 Zákona č. 505/1990 Zb. o metrológii DODATOK č. 1 k Rozhodnutiu č. 960/128/94-062 zo dňa 7.3.1994 o schválení typu meradla TSQ 128/94-062.

Týmto dodatkom sa upravuje schválenie typu meradla na elektromechanické váhy obchodné s neautomatickou činnosťou, typ L2-a v súlade s prílohou.

Výrobca: METTLER - TOLEDO, Inc., Worthington, OH, USA

Platnosť Dodatku č. 1 končí dňom 26.1.2005.


O d ô v o d n e n i e

Rozšírenie schválenia typu meradla sa vydáva na základe predchádzajúcich technických skúšok vykonaných na elektromechanických váhach obchodných s neautomatickou činnosťou, typ L2-a firmy METTLER - TOLEDO, výrobné číslo 2000283 - 2WU a protokolov o skúške typu v zmysle odporúčania OIML R 76/2 vykonanej v NMi, Holandsko (Report No: R76/1992-NL-93.07B).

P o u č e n i e o o d v o l a n í

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať na ÚNMS SR rozklad do 15 dní odo dňa jeho oznámenia.

V Bratislave 26.1.1995



Orlovský
Ing. Jozef Orlovský
riaditeľ odboru metrológie
ÚNMS SR

Príloha Dodatku č. 1

k Rozhodnutiu č. 960/128/94-062 zo dňa 7.3.1994 o schválení typu meradla TSQ 128/94-062

Typ meradla: elektromechanické váhy obchodné s neautomatickou činnosťou, typ L2-a

Výrobca meradla: METTLER - TOLEDO, Inc.,
Worthington, OH,
USA

Predmetom Dodatku č. 1 sú nasledujúce zmeny a doplnky:

1. Označenie výrobcu na osvedčení o schválení typu meradla TSQ 128/94-062 zo dňa 7.3.1994 sa mení na:

METTLER - TOLEDO, Inc.,
Worthington, OH,
USA

2. Príloha k rozhodnutiu č. 960/128/94-062 zo dňa 7.3.1994 sa upravuje nasledovne:

Časť 1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE

Výrobca sa mení na:

METTLER - TOLEDO, Inc.,
Worthington, OH,
USA

Časť 3. ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ PARAMETRE

Prvý odstavec sa nahrádza textom:

Váhy sú určené pre priamy obchodný predaj vážených tovarov v rozsahu od Min = 100 g do Max = 15 kg s hodnotou dielika $d = 5$ g alebo v rozsahu od Min = 40 g do Max = 6 kg s hodnotou dielika 2 g so zaokrúhľovaním jednotkovej a celkovej ceny na 0,1 Sk.

Časť Základné metrologické parametre sa dopĺňa o stípec:

Min = 40 g

Max = 6 kg

$e = d = 2$ g Úrad pre normalizáciu, metrologiu

a skúšobníctvo SR
Štefanovičová 3

814 39 Bratislava

Časť 5. ÚDAJE NA MERADLE sa dopĺňa o stípec:

Min = 40 g

Max = 6 kg

e = d = 2 g

Úrad pre normalizáciu, metrologiu
a skúšobníctvo SR
Štefanovičová 3
814 39 Bratislava

Skúšku vykonal: Ing. František Silný

Bratislava dňa 26.1.1995