

SLOVENSKÝ METROLOGICKÝ ÚSTAV

Karloveská 63, 842 55 Bratislava

Dodatok č.1 k Rozhodnutiu č.960/128/94-098 zo dňa 15.11.1994, so štátnou značkou schváleného typu

TSQ 128/94-098

Na žiadosť Sartorius AG, Weender Landstrasse 94-108, D-37070, Gottingen, Slovenský metrologický ústav Bratislava vydáva dodatok č.1 k Rozhodnutiu o schválení typu meradla TSQ 128/94-098.

Týmto dodatkom sa rozširuje schválenie typu váh s elektromagnetickou kompenzáciou zataženia, konštrukčného typu BABA 200, HABA 200, HCBA 200, MABA 200, MBBA 200 o štandardné typy váh uvedené v prílohe.

Zdôvodnenie:

Uvedené typy meradiel spĺňajú metrologické požiadavky pre daný konštrukčný typ.


Uvedené nové typy váh LC sú konštrukciou, výrobou a metrologickými parametrami totožné s predchádzajúcimi meradlami, zmena je len v novom označení zavedenom firmou Sartorius.

Nové typy váh GA patria do konštrukčného typu BABA 200.

Poučenie o odvolaní:

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať na ÚNMS SR rozklad do 15 dní odo dňa jeho oznámenia.

Bratislava dňa 14.3.1995



Ing. Robert Spurný, CSc.
riaditeľ SMÚ

Príloha Dodatku č.1
k Rozhodnutiu o schválení typu meradla TSQ 128/94-098
zo dňa 15.11.1994

Typ meradla: Laboratórne váhy s elektromagnetickou kompenzáciou zaťaženia, konštrukčné typy BABA 200, HABA 200, HCBA 200, MBBA 200, MABA 200

Výrobca meradla: Firma SARTORIUS, Nemecko

Dodatok č.1 je predmetom nasledujúcich zmien a doplnkov:

Príloha k Osvedčeniu č. TSQ 128/94-098 sa v bode 3 dopĺňa:

- o nové označenie starých konštrukčných typov:

staré označenie	nové označenie
LC 420	LC 421
LC 4200	LC 4201
LC 4200S	LC 4201S
LC 4800P	LC 4801P
LC 6200	LC 6201
LC 6200S	LC 6201S
LC 820	LC 821
LC 12000P	LC 12001P
LC 12000S	LC 12001S
LC 2200	LC 2201
LC 2200P	LC 2201P
LC 2200S	LC 2201S

- o nové konštrukčné typy

konštr. typ	štandardný typ	max g	min g	e g	d g
BA BA 200	GA 1200-G	1200	5	0,1	0,01
	GA 2100S-G	2100	5	0,1	0,01
	GA 3100P	3100	5	0,1	0,05
		1200			0,02
		600			0,01

Arč
Vypracovala: PharmDr. Jana Bičárová
Bratislava dňa 14.3.1995

Ing. R. Spurný
Ing. R. Spurný, CSc.
ved. odd. 221

