

**SLOVENSKÝ METROLOGICKÝ ÚSTAV**

Karloveská 63, 842 55 Bratislava

Dodatok č.1 k Rozhodnutiu č.960/128/94-100 zo dňa  
15.11.1994, so štátnou značkou schváleného typu

**TSQ 128/94-100**

Na žiadosť Sartorius AG, Weender Landstrasse 94-108,  
D-37070, Gottingen, Slovenský metrologický ústav Bratislava  
vydáva dodatok č.1 k Rozhodnutiu o schválení typu meradla  
TSQ 128/94-100.

Týmto dodatkom sa rozširuje schválenie typu váh s elektro-  
magnetickou kompenzáciou zaťaženia, konštrukčného typu PT  
o štandardné typy váh uvedené v prílohe.


**Zdôvodnenie:**

Uvedené typy meradiel spĺňajú metrologické požiadavky pre  
daný konštrukčný typ.

**Poučenie o odvolaní:**

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať na ÚNMS SR rozklad  
do 15 dní odo dňa jeho oznámenia.

Bratislava dňa 14.3.1995



Ing. Robert Spurný, CSc.  
riaditeľ SMÚ

Príloha Dodatku č.1  
k Rozhodnutiu o schválení typu meradla TSQ 128/94-100  
zo dňa 15.11.1994


Typ meradla: Laboratórne váhy s elektromagnetickou kompenzáciou zataženia, konštrukčný typ PT

Výrobca meradla: Firma SARTORIUS, Nemecko

Dodatok č.1 je predmetom nasledujúcich zmien a doplnkov:

Príloha k Osvedčeniu č. TSQ 128/94-100 sa v bode 3 dopĺňa o nové štandardné typy váh, zaradené do konštrukčného typu PT.

| konštr.<br>typ | štandardný<br>typ  | max<br>g | min<br>g | e<br>g | d<br>g |
|----------------|--------------------|----------|----------|--------|--------|
| PT             | PT 120             | 121      | 5        | 0,02   | 0,01   |
|                | PT 210,<br>GT 210  | 210      | 5        | 0,02   | 0,01   |
|                | GT 1000B-G         | 1000     | 5        | 0,1    | 0,05   |
|                | PT 1200            | 1200     | 10       | 0,2    | 0,1    |
|                | PT 2100<br>GT 2100 | 2100     | 10       | 0,2    | 0,1    |

  
Vypracovala: PharmDr. Jana Bičárová  
Bratislava dňa 14.3.1995

  
Ing. R. Spurný, CSc.  
ved. odd. 221

