

450

SLOVENSKÝ METROLOGICKÝ ÚSTAV

Karloveská 63, 842 55 Bratislava

Dodatok č.1 k Rozhodnutiu č.960/128/95-105 zo dňa 18.4.1995,
so štátnou značkou schváleného typu

TSQ 128/95 - 105

Na žiadosť METTLER-TOLEDO spol.s r.o.Lombardiniho 24,
Bratislava, Slovenský metrologický ústav Bratislava vydáva
dodatok č.1 k Rozhodnutiu o schválení typu meradla
TSQ 128/95-105.

Týmto dodatkom sa rozširuje schválenie typu váh s elektro-
magnétičskou kompenzáciou zataženia o váhy I.triedy presnosti
PR 803, PR 1203, PR 2003DR, PR 8002, PR 8002DR.


Zdôvodnenie:

Uvedené typy meradiel spĺňajú metrologické požiadavky pre
danú sériu.

Poučenie o odvolaní:

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať na ÚNMS SR rozklad
do 15 dní odo dňa jeho oznámenia.

Bratislava dňa 2.11.1995


Ing. Peter Kneppo, DrSc.
riaditeľ SMÚ



Príloha Dodatku č.1
k Rozhodnutiu o schválení typu meradla TCQ 128/95-105
zo dňa 18.4.1995

Typ meradla: Elektromagnetické kompenzačné váhy PR 803,
PR 1203, PR 2003DR, PR 8002, PR 8002DR

Výrobca meradla: Firma Mettler-Toledo

Dodatok č.1 je predmetom nasledujúcich zmien a doplnkov:

Príloha k rozhodnutiu č.960/128/95-105 sa v bode 3 dopĺňa
o váhy PR 803, PR 1203, PR 2003DR, PR 8002, PR 8002DR,
ktorých metrologické parametre sú :

typ	max g	min g	e g	d g	TP
PR 803	810	0.1	0.01	0.001	I
PR 1203	1210	0.1	0.01	0.001	I
PR 2003DR	2100 400	0.1	0.01 0.01	0.01 0.001	I
PR 8002	8100	i	0.1	0.01	I
PR 8002DR	8100 1600	i	0.1 0.1	0.1 0.01	I

max - horná medza váživosti
min - dolná medza váživosti
e - hodnota overovacieho dielika
d - hodnota dielika
TP - trieda presnosti



Príloha Dodatku č.1
k Rozhodnutiu o schválení typu meradla TCQ 128/95-105
zo dňa 18.4.1995

Príloha k rozhodnutiu č.960/128/95-105 sa v bode 4b mení
nasledovne :

b, Skúška pri overovaní.

Váhy I.triedy presnosti sa pre overenie skúšajú sekundárnymi
etalónmi II. rádu metódou podľa PNÚ 1221.2 Pákové váhy
jemné, metódy skúšania pre úradné overovanie.

Váhy II.triedy presnosti sa pre overenie skúšajú sekundárny-
mi etalónmi III. rádu metódou podľa PNÚ 1256.2 Pákové váhy
2. triedy presnosti, metódy skúšania pre úradné overovanie.
Neistoty merania pri overovaní sa určujú podľa TPM 0051-93.

Príloha k rozhodnutiu č.960/128/95-105 sa v bode 5 dopĺňa:

V priestore misky ú váh I.triedy presnosti na zadnej stene
je háleпка s nasledovným textom :

$$m_T = UV \cdot \frac{1 - \rho_v / 8000}{1 - \rho_v / \rho_T}$$

m_T - hmotnosť meraného telesa [g]
 UV - indikácia váh [g]
 ρ_v - hustota vzduchu [$\text{kg} \cdot \text{m}^{-3}$]
 ρ_T - hustota meraného telesa [$\text{kg} \cdot \text{m}^{-3}$]

Bičárová
Vypracovala: PharmDr. Jana Bičárová
Bratislava dňa 2.11.1995

AR
Ing. R. Spurný, CSc.
ved. odd. 221

