



SLOVENSKÝ METROLOGICKÝ ÚSTAV

Karloveská 63, 842 55 Bratislava

Dodatok č.1 k Rozhodnutiu č.960/128/95-113 zo dňa 4.4.1995,
so štátnou značkou schváleného typu

TSQ 128/95 - 113

Na žiadosť VILLA LABECO s.r.o., Chrapčiakova 1, 052 01
Spišská Nová Ves, Slovenský metrologický ústav Bratislava
vydáva dodatok č.1 k Rozhodnutiu o schválení typu meradla
TSQ 128/95-113.

Týmto dodatkom sa rozširuje schválenie typu váh s elektro-
magnetickou kompenzáciou zataženia o váhy AM 50, A 2000,
A 4000, A 5000.

Zdôvodnenie:

Uvedené typy meradiel spĺňajú metrologické požiadavky pre
danú sériu.

Poučenie o odvolaní:

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať na ÚNMS SR rozklad
do 15 dní odo dňa jeho oznámenia.

Bratislava dňa 22.1.1996


Ing. Peter Kneppo, DrSc.
riaditeľ SMÚ



Príloha Dodatku č.1
k Rozhodnutiu o schválení typu meradla TCQ 128/95-113
zo dňa 4.4.1995

Typ meradla: Elektromagnetické kompenzačné váhy AM 50,
A 2000, A 4000, A 5000.

Výrobca meradla: Firma AXIS, Poľsko

Dodatok č.1 je predmetom nasledujúcich zmien a doplnkov:

Príloha k rozhodnutiu č.960/128/95-113 sa v bode 3 dopĺňa
o váhy AM 50, A 2000, A 4000, A 5000, ktorých metrologické
parametre sú :

typ	max g	min g	e g	d g	TP
AM 50	50	0.5	0.01	0.001	II
A 2000	2000	10	0.2	0.1	II
A 4000	4000	25	0.5	0.1	II
A 5000	5000	25	0.5	0.1	II

max - horná medza váživosti
min - dolná medza váživosti
e - hodnota overovacieho dielika
d - hodnota dielika
TP - trieda presnosti

Bičárová
Vypracovala: PharmDr. Jana Bičárová
Bratislava dňa 22.1.1996

Ing. R. Spurný, CSc.
ved. odd. 221



Spurný