

ÚRAD PRE NORMALIZÁCIU, METROLÓGIU A SKÚŠOBNÍCTVO SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Štefanovičova 3, 814 39 Bratislava

DODATOK č. 1 zo dňa 13.12.1995 k Rozhodnutiu č. 960/128/95-131 zo dňa 13.12.1995 s úradnou značkou schváleného typu meradla

TSQ 128/95-131

Na žiadosť firmy Feron, a.s., Havlíčkova 11, 111 82 Praha 1, ČR, Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR vydáva podľa § 7 Zákona č. 505/1990 Zb. o metrológii DODATOK č. 1 k Rozhodnutiu č. 960/128/95-131 zo dňa 13.12.1995 o schválení typu meradla TSQ 128/95-131.

Týmto dodatkom sa rozširuje schválenie typu meradla na elektromechanické hybridné váhy (prestavba) na váženie cestných vozidiel, typ ST 30-8x3 s vyhodnocovacou jednotkou Bizerba, typ ITE-W a snímačmi zaťaženia HBM Z6H3 o typy ST 30-9x3, ST 60-16x3 a ST 60-18x3 v súlade s prílohou.

Výrobca: SMOVA, s.r.o., Cukrovarská 168, 503 03 Smiřice, ČR
(mechanická časť)

Bizerba-Werke, Wilhelm-Kraut Straße 65, 72336 Balingen,
SRN (elektrická časť)

Platnosť Dodatku č. 1 končí dňom 13.12.2005.

Z d ô v o d n e n i e

Uvedený typ meradla spĺňa metrologické požiadavky ako bolo zistené technickou skúškou, vykonanou v Českom metrologickom inštitúte a odborným posúdením Doplnku č. 1 zo dňa 05.05.1995 vydaného ČMI Brno k rozhodnutiu č. 1976/95/1 zo dňa 09.01.1995 o schválení typu meradla TCM 128/95-1976 Službami legálnej metrológie SR, metrologické pracovisko Bratislava.

P o u č e n i e o o d v o l a n í

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať na ÚNMS SR rozklad do 15 dní odo dňa jeho oznámenia.



Orlovský
Ing. Jozef Orlovský
riaditeľ odboru metrológie
ÚNMS SR

Príloha:

Príloha Dodatku č. 1 k Rozhodnutiu č. 960/128/95-131

Doplněk č. 1 k Rozhodnutí č. 1976/95/1 zo dňa 09.01.1995 s prílohou

Typ meradla: elektromechanické hybridné (prestavba) váhy pre vá-
ženie cestných vozidiel, typ ST 30-9x3, ST 60-16x3
a ST 60-18x3 s vyhodnocovacou jednotkou Bizerba, typ
ITE-W a snímačmi zaťaženia HBM Z6H3

Výrobca mechanickej časti: SMOVA, s.r.o., Cukrovarská 168,
503 03 Smiřice, ČR


Výrobca elektrickej časti: Bizerba-Werke, Wilhelm-Kraut Straße 65
72336 Balingen, SRN

Pre Slovenskú republiku platí príloha k Doplnku č. 1 k Rozhodnu-
tiu Českého metrologického institutu č. 1976/95/1 z 9.1.1995
(úradná značka schváleného typu pre ČR TCM 128/95-1976), s nasle-
dujúcou zmenou:


Odvolávka na ČSN 99 4102 sa nahrádza odvolávkou na STN EN
45501.


Vypracoval: Ing. Jozef Tomko, SLM SR MP Bratislava

Riaditeľ SLM SR MP Bratislava: Ing. Ladislav Hudoba



Bratislava, 13.12.1995



DOPLNĚK Č. 1

k rozhodnutí č. 1976/95/20 ze dne 9. 1. 1995

schválení typu měřidla

TCM 128/95 – 1976

Typ měřidla:

elektromechanické váhy pro vážení silničních vozidel
s vyhodnocovací jednotkou BIZERBA (přestavba),
výrobce:

vyhodnocovací jednotka: BIZERBA-WERKE, Balingen, SRN,

snímač zatížení: HOTTINGER, SRN,

nosič břemene: SMOVA, Smiřice, ČR.

DOPLNĚK č. 1 se vydává na základě žádosti firmy FERONA a.s. Praha. Předmětem doplňku je rozšíření rozhodnutí o schválení typu měřidla takto:


rozšiřuje se počet typů nosičů břemene o typy
ST30-9x3, ST60-16x3 a ST60-18x3.

Bližší specifikace a technické údaje pro další typy, horní a dolní meze váživosti, jsou uvedeny v příloženém protokolu ze dne 10. 3. 1995, který obsahuje 1 stranu a je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí o doplňku.

Platnost Doplňku č. 1 k TCM 128/95-1976 je ode dne jeho vydání. Ostatní údaje Rozhodnutí o schválení typu měřidla č. 1976/95/1 ze dne 9. ledna 1995, včetně příloh, zůstávají v platnosti.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat u Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví rozklad do 15 dnů ode dne jeho oznámení.



Klenovský

RNDr. Pavel Klenovský
ředitel ČMI

Příloha

Brno, 5. května 1995

D O P L N Ě K č.1
k Rozhodnutí č. 1976/95/1 ze dne 9.1.1995

T C M 128 / 95 - 1976

**ELEKTROMECHANICKÉ VÁHY PRO VÁŽENÍ SILNIČNÍCH VOZIDEL
S VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKOU BIZERBA, přestavba**

Výrobce nosičů břemene : SMOVA, s.r.o.
Cukrovarská 168
503 03 Smiřice, ČR

Doplňek se vydává na základě žádosti firmy FERONA, a.s., Praha,
a provedení zkoušek měřidla pracovištěm ČMI-LPM, Praha.

Původní rozhodnutí se rozšiřuje o nosiče břemene těchto typů :

- ST30-9x3
- ST60-16x3
- ST60-18x3

výrobce Smova Smiřice, ČR - viz č.schválení TCS 128/92 - 1174 ,
DOPLŇEK č.1

Základní technické údaje :

typ nosiče	ST30-9x3	ST60-16x3	ST60-18x3
horní mez váživosti Max≤	30 t	60 t	60 t
dolní mez váživosti Min		20 e	
elíkost dílku e=d	1, 2, 5.10 ⁿ (n-kladné,záporné,nula)		
třída přesnosti(ČSN 99 4102)	III		

Ostatní náležitosti zůstávají nezměněny.

Vykonavatel technické zkoušky : Ing.Jan Karas
ČMI -LPM, Praha

Ing. Jan Karas

Datum vystavení protokolu : 10.3.1995
Počet stránek protokolu : 1

ČESKÝ METROLOGICKÝ INSTITUT
Laboratoře primární metrologie
V botanice 4
150 72 PRAHA
2