

ÚRAD PRE NORMALIZÁCIU, METROLÓGIU A SKÚŠOBNÍCTVO
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Štefanovičova 3, P.O.BOX 76, 810 05 Bratislava

DODATOK č. 2

zo dňa 04.05.1998

k Rozhodnutiu č. 960/128/97-258 zo dňa 15.07.1997, ktorým sa vydalo

**OSVEDČENIE
O SCHVÁLENÍ TYPU MERADLA**

pre meradlo so štátnou značkou schváleného typu

TSQ 128/97-258

Na žiadosť Schenck-Slovakia, spol. s r.o., Pri starej prachári 14, 831 04 Bratislava, Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR na základe § 7 a 12 zákona č. 505/1990 Zb. o metrológii vydáva Dodatok č. 2, ktorým sa rozširuje schválenie typu meradla - elektromechanických váh s neautomatickou činnosťou s elektronickou vyhodnocovacou jednotkou typu DISOMAT F ako určeného meradla pri dodržaní technických údajov a podmienok, uvedených v prílohe tohto Dodatku.

Týmto Dodatkom sa ruší Dodatok č. 1 zo dňa 19.01.1998.

Výrobca: **SCHENCK PROCESS, GmbH**
Landwehrstraße 55, D - 64293 Darmstadt, SRN


Zdôvodnenie:

Uvedený typ meradla spĺňa všetky metrologické a technické požiadavky príslušných predpisov, čo bolo zistené a potvrdené skúškou typu vykonanou v Physikalisch-Technische Bundesanstalt Braunschweig und Berlin, SRN a odborným posúdením dodatku č. 1 zo dňa 17.09.1997 k rozhodnutiu o schválení typu č. D97-09-012 zo dňa 22.05.1997 Službami legálnej metrológie Slovenskej republiky Banská Bystrica.

Poučenie o odvolaní:

Proti tomuto Dodatku je možné podať na ÚNMS SR rozklad do 15 dní odo dňa jeho doručenia žiadateľovi.

Príloha je neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku. Obsahuje celkom 4 strany, z toho 2 strany textu a 2 strany obrazových príloh a titulnú stranu dodatku PTB.



Orlovský
Ing. Jozef Orlovský
riaditeľ odboru metrológie
ÚNMS SR

Elektromechanické váhy s neautomatickou činnosťou s elektronickou vyhodnocovacou jednotkou typu DISOMAT F

Výrobca: SCHENCK PROCESS, GmbH
Landwehrstraße 55, D - 64293 Darmstadt, SRN

Štátna značka schváleného typu meradla:

TSQ 128/97-258

Predmetom Dodatku č. 2 sú nasledujúce zmeny Prílohy k Rozhodnutiu
č. 960/128/97-258 zo dňa 15.07.1997:

1. Bod 2.3.1 Mechanická časť
3. veta sa nahrádza vetou:
Vyhodnocovacia jednotka môže byť vo vyhotoveniach:
 - na zabudovanie do 5,25" šachty PC (pozri obrázok č. 3)
 - stolnom (pozri obrázok č. 5)
 - nástennom (pozri obrázok č. 6)a je káblom spojená s nosičom zaťaženia.

2. Bod 2.3.1 Mechanická časť
4. veta sa nahrádza textom:
Ako indikačné zariadenie slúži podsvietený bodový maticový LCD displej a ovládanie je realizované:
 - pomocou fóliovej klávesnice (pozri obrázok č. 4) vo vyhotovení na zabudovanie do 5,25" šachty PC
 - pomocou fóliovej numerickej klávesnice (pozri obrázok č. 5) v stolnom vyhotovení
 - pomocou fóliovej numerickej klávesnice (pozri obrázok č. 6) v nástennom vyhotovení.

3. Bod 2.3.3 Prípustné zariadenia a funkcie
posledná veta sa nahrádza textom:
Pri opustení režimu pre váženie pri vyhotovení na zabudovanie do 5,25" šachty PC svieti vľavo vedľa displeja červená LED dióda, ktorej je priradená funkcia „zariadenia pre zobrazovanie údajov nepodliehajúcich metrologickej kontrole“ (preškrtnutá váha - pozri obrázok č. 1).



Pri opustení režimu pre váženie pri stolnom vyhotovení svieti pod displejom červená LED dióda, ktorej je priradená funkcia „zariadenia pre zobrazovanie údajov nepodliehajúcich metrologickej kontrole“ (preškrtnutá váha - pozri obrázok č. 5).

Pri opustení režimu pre váženie pri nástennom vyhotovení svieti pod displejom červená LED dióda, ktorej je priradená funkcia „zariadenia pre zobrazovanie údajov nepodliehajúcich metrologickej kontrole“ (preškrtnutá váha - pozri obrázok č. 6).

4. Bod 3.1 Váhy

sa dopĺňa textom:


Hranice pracovných teplôt - 10 °C/ 40 °C
(pre stolné a nástenné vyhotovenie)

5. Obrazová časť sa dopĺňa obrázkom č. 5 a 6 tohto Dodatku.

6. Tabuľka 2. Snímače Časť 1 Ťahové a tlakové snímače zaťaženia

v časti tabuľky - Snímače tlaku - SCHENCK typ RT.N sa nahrádza príslušný riadok tabuľky nasledovne:

SCHENCK	RTN.. 1t - 100t		C3	C3 MI 7,5	C4	C4MI7,5	C5	BV2E 001
D09-95.17	4,5 kOhm	n _{LC}	3000	3000	4000	4000	5000	výkyvné
		Y	20000	24000	24000	24000	24000	uloženie,
		Z	--	7500	--	7500	--	elastomérové
								uloženie
SCHENCK	RTN..150t-470t		C3					BV2E 001
D09-95.17	4,5 kOhm	n _{LC}	3000					výkyvné
		Y	20000					uloženie,
		Z	--					elastomérové
								uloženie




Vypracoval: Ing. Jozef Tomko

Riaditeľ SLM SR MP Bratislava: Ing. Ladislav Hudoba

Riaditeľ SLM SR: Jozef Slamka

V Bratislave dňa 04.05.1998

Obr. č.5 DISOMAT® F - stolné vyhotovenie




POZOR!
Kábel ku klávesnici
NELÁMAŤ!

Diso_t-d.dwg



Obr. č.6 DISOMAT® F - nástenné vyhotovenie



Physikalisch-Technische Bundesanstalt

Braunschweig und Berlin



**EG-Bauartzulassung
Zulassungsschein
1. Nachtrag**

**EC Type approval
certificate
Addition 1**

Nr. D97-09-012

ausgestellt von
issued by Physikalisch-Technische Bundesanstalt
Bundesallee 100
D - 38116 Braunschweig
Bundesrepublik Deutschland

benannte Stelle
notified body 0102

gemäß
in accordance with § 13 des Eichgesetzes (*verification act*) vom 23. März 1992 (BGBl. I S.711) und
§ 7c (2) Eichordnung (*verification ordinance*) in der Fassung vom (version of) 21.
Juni 1994 (BGBl. I S. 1293), entsprechend der Richtlinie (*implementing council
directive*) 90/384/EWG, geändert durch (*amended by*) 93/68/EWG

ausgestellt für
issued to SCHENCK PROCESS GMBH
Landwehrstraße 55
D - 64293 Darmstadt
Bundesrepublik Deutschland

für
in respect of Nichtselbsttätige elektromechanische Waage; mit oder ohne Hebelwerk
*Non-automatic electromechanical weighing instrument; with or without
lever system*

Typ
type DISOMAT F

Genauigkeitsklasse / accuracy class (III) oder / or (IIII)
Max 2 kg ... 600 t
n ≤ 3000

gültig bis
valid until 21. Mai 2007

Die Hauptmerkmale, Zulassungsbedingungen und Auflagen werden entsprechend der Anlage geändert, die Bestandteil dieses Nachtrags ist und 2 Seiten umfaßt.

The principal characteristics, approval conditions and special conditions are changed according to the Appendix hereto, which forms part of this Addition and comprises 2 pages.

Braunschweig, 17.09.1997
Geschäftszeichen: 1.14-97.395
Reference No:

Im Auftrag
By order

Baars



Hinweise und Rechtsbehelfsbelehrung auf der Rückseite. Zulassungsscheine ohne Unterschrift und ohne Dienststempel haben keine Gültigkeit. Dieser Zulassungsschein darf nur unverändert weiterverbreitet werden. Auszüge oder Änderungen bedürfen der Genehmigung der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt.

Further information and legal remedy instruction see over-leaf. Type approval certificates are valid only with signature and seal. This type approval certificate shall be reproduced only in full. Partial reproduction or modification only upon permission of the Physikalisch-Technische Bundesanstalt.