

ÚRAD PRE NORMALIZÁCIU, METROLÓGIU A SKÚŠOBNÍCTVO SR

Štefanovičova 3, 814 39 Bratislava

Rozhodnutie č. 960/131/95-020 zo dňa 15.7.1996, ktorým sa vydáva

OSVEDČENIE O SCHVÁLENÍ TYPU MERADLA

Na žiadosť firmy Sklárne Poltár, a. s., Poltár, závod Katarínska Huta, Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR na základe § 6 zákona č. 505/1990 Zb. o metrológii

schvaľuje

výčapné nádoby sklenené, typ **KH - 25947 "LADY"**

ako určené meradlo pri dodržaní technických údajov a podmienok, uvedených v prílohe tohto Rozhodnutia.

Výrobca: Sklárne Poltár, a. s., divízia 03, 985 23 Katarínska Huta

Zmeny technických údajov meradla a podmienok nie sú dovolené. Schválený typ meradla podlieha povinnému prvotnému overeniu pred uvedením do obehu.

Platnosť tohto Osvedčenia končí dňom **15.07.2006**.

Meradlu sa prideluje štátna značka schváleného typu meradla:

TSQ 131/95 - 020


Zdôvodnenie:

Uvedený typ meradla spĺňa všetky metrologické a technické požiadavky príslušných predpisov, čo bolo zistené a potvrdené skúškou typu vykonanou Službami legálnej metrológie SR Banská Bystrica.

Poučenie o odvolaní:

Proti tomuto Rozhodnutiu je možné podať na ÚNMS SR rozklad do 15 dní odo dňa jeho doručenia žiadateľovi.

Príloha je neoddeliteľnou súčasťou tohto Rozhodnutia. Obsahuje celkove 6 strán, z toho 2 strany textu a 4 strany obrazovej prílohy.



Orlovský
Ing. Jozef Orlovský
riaditeľ odboru metrológie
ÚNMS SR

VÝČAPNÉ NÁDOBY SKLENENÉ

TYP KH-25947 "LADY"

1. Základné údaje

Výrobca: Sklárne Poltár, a.s., divízia 03,
985 23 Katarínska Huta

Štátna značka schváleného typu meradla:

TSQ 131/95 - 020

2. Popis meradla


Výčapné nádoby sú vyhotovené ako poháre slúžiace na pitie nápojov. Vyrobené sú zo sódnodraselného skla strojným tvarovaním. Tvar a vyhotovenie umožňuje ľahké čistenie a úplné vyprázdňovanie. Vnútorň a vonkajší povrch nádob je hladký, taktiež okraje nádob sú hladké. Zvislá os je kolmá na základňu a nádoby sú stabilné. Označenie objemu, objemová čiarka i overovacia značka sú vyhotovené sieťotlačou (vypaľovacou farbou) na vonkajšom povrchu nádob. Ozdoby a symboly podľa požiadaviek odberateľov musia byť vyhotovené v súlade s STN 99 6141.

3. Základné technické a metrologické údaje

- typ	KH-25947 "LADY"			
- menovitý objem v litroch	0,05	0,1	0,2	0,3
- celková výška nádob v mm	71	85	146	152
- vnútorný priemer v rovine objemovej čiarky v mm	49,5	62	64	71
- nadmerok v mm	13	17,5	37,5	24,5
- dĺžka objemovej čiarky v mm	16	16	16	16
- hrúbka objemovej čiarky v mm	0,7	0,7	0,7	0,7
- výška číslíc a písmen označenia objemu v mm	6	6	6	7

4. Skúška typu

Skúška typu bola vykonaná v SLM SR, metrologické pracovisko Banská Bystrica, pobočka Žilina, podľa technických požiadaviek STN 99 6141 a inštrukcie pre úradné overovanie výčapných nádob 1-1315. Správnosť objemu predložených vzoriek bola kontrolovaná objemovou metódou pomocou etalónových odmerných baniek príslušného objemu a delenou pipetou. Zistené chyby objemu nepresiahli dovolené chyby podľa čl. 28 citovanej normy. Výčapné nádoby vyhovujú technickým požiadavkám STN 99 6141 a sú schopné overenia ako určené meradlo. Meradlo je schopné plniť funkciu pre ktoré je určené a pri správnom používaní nemôže ohroziť život a zdravie užívateľa, alebo životné prostredie.



5. Údaje na meradle

Na výčapných nádobách je vyhotovené vyznačenie objemu objemovou čiarkou a vpravo od objemovej čiarky je označenie objemu číselnou hodnotou a značkou meracej jednotky. Vpravo od označenia objemu je vyznačené logo firmy KAT.HUTA. Štátna značka schváleného typu nie je na nádobách vyznačená.

6. Overenie

Overovanie výčapných nádob vykonáva Štátne metrologické stredisko Sklárne Poltár, a.s., divízia 03, 985 23 Katarínska Huta podľa požiadaviek STN 99 6141 a inštrukcie pre úradné overovanie výčapných nádob 1-1315. Podniková overovacia značka "K" podľa obr.4 Výmeru č. 3/1993 ÚNMS SR, je umiestnená vľavo od objemovej čiarky. Vyhotovená je sietotlačou súčasne pri vyznačení a označení objemu.

7. Doba platnosti overenia

Doba platnosti overenia je podľa Výmeru FÚNM č. M-101/91 neobmedzená.

8. Vzorky meradiel

Vzorky výčapných nádob sú v jednom vyhotovení uložené v SLM SR metrologické pracovisko Banská Bystrica, pobočka Žilina a v dvoch vyhotoveniach v SLM SR, metrologické pracovisko Banská Bystrica.




Skúšku typu vykonal : Jozef Dorčík

Riaditeľka SLM SR MP B. Bystrica: RNDr. Irena Stingl

Riaditeľ SLM SR: Jozef Slamka

V Banskej Bystrici dňa 15.07.1996



SKLÁRENE KATAR. HUTA

akciová spoločnosť

div. 02


905 23 Katar. Huta

17



VŠEKA PÍŠMA V SÚLADE S NORMOU STN 99 6141

VÝR. ZÁVOD	SKLÁRNE KATAR. HUTA
VÝR. ČÍSLO	KH - 25947
PREVEDENIE	strojová výr. v hladine
OBJEM	0,05 l s ciach. označ.
MIERKA	1:1
KRESLIL	Šulán M.
SCHVÁLIL	<i>[Signature]</i>



SKLARNE POLTAR

sklad spoločnosti

číslo 65


90

Katarne Huta



VÝŠKA PÍSMO V SÚLADE S NORMOU STN 99 6141

VÝR. ZÁVOD	SKLARNE KATAR. HUTA
VÝR. ČÍSLO	KH - 25947
PREVEDENIE	strojová výr. v hladine
OBJEM	0,1 ls ciach. označ.
MIERKA	1:1
KRESLIL	Šulan M.
SCHVÁLIL	<i>[Signature]</i>



SKLÁRNE POLTAR

akciová spoločnosť
divižo 03


005 23 Katarhuta, Huta

8



VÝŠKA PÍŠMA V SÚLADE S NORMOU STN 99 6141

VÝR. ZÁVOD	SKLÁRNE KATAR. HUTA
VÝR. ČÍSLO	KH - 25947
PREVEDENIE	strojová vyr. v hladine
OBJEM	0.2 l s ciach. označ.
MIERKA	1:1
KRESLIL	Šufan M.
SCHVÁLIL	<i>[Signature]</i>



SKLARNE POLTAR

akciová spoločnosť

číslo 82

965 23 Katarňacka Huta

87



VŠEKA PÍŠMA V SÚLADE S NORMOU STN 99 6141

VÝR. ZÁVOD	SKLARNE KATAR. HUTA
VÝR. ČÍSLO	KH - 25947
PREVEDENIE	strojová výr. v hladine
OBJEM	0.3 l s ciach. označ.
MIERKA	1:1
KRESLIL	Šufan M.
SCHVÁLIL	<i>[Signature]</i>