

Slovenský metrologický ústav Bratislava

D O D A T O K č. 2

k Rozhodnutiu SMÚ č. 960/141/94-082 zo dňa 10.06.1994
so štátnou značkou schváleného typu
TSQ 141/94 - 082

Na žiadosť spol. s r.o. Benč Boskovice, Slovenský metrologický ústav vydáva dodatok č. 2 k Rozhodnutiu o schválení typu meradla TSQ 141/94 - 082.

Týmto dodatkom sa upravuje schválenie typu meradla na

výdajné stojany radu BMP 1000/H

v súlade s prílohou.

Výrobca : Benč, spol. s r.o., Chrudichromská 7, CZ-680 01 Boskovice (ČR).

Z d ô v o d n e n i e

Uvedený typ meradla spĺňa metrologické požiadavky, čo bolo zistené technickou skúškou vykonanou našou organizáciou.

P o u č e n i e o o d v o l a n í

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať na ÚNMS SR rozklad do 15 dni odo dňa jeho oznámenia.

Bratislava dňa 09.01.1995

Ing. Róbert S p u r n ý , CSc.
riaditeľ SMÚ



Príloha Dodatku č. 2 zo dňa 09.01.1995
k Rozhodnutiu o schválení typu meradla TSQ 141/94 - 082
zo dňa 10.06.1994

Typ meradla : Výdajné stojany na kvapalné palivá radu BMP 1000/H

Výrobca : Benč, spol. s r.o.
Chrudichromská 7, CZ - 680 01 Boskovice (ČR)

Predmetom Dodatku č. 2 sú nasledujúce zmeny a doplnky :

I. Úvodný odstavec Osvedčenia TSQ 141/94 - 082 sa dopĺňa o rad BMP 1000/H.

II. Príloha Osvedčenia TSQ 141/94 - 082 sa dopĺňa v časti :


1. Základné údaje, typ meradla, o rad BMP 1000/H.

2. Popis meradla, tabuľka v bode 2.1 Typy stojanov, o riadky :

typ stojana	počet meračov	počet modulov	obr. číslo
BMP 1011/H	1	1	2
BMP 1022/H	2	2	2
BMP 1033/H	3	3	-
BMP 1044/H	4	4	3
BMP 1055/H	5	5	6

3. Základné metrologické a technické údaje, tabuľka, o stĺpec a poznámku :

Rad	BMP 1000/H
Q _{max}	70 až 110 dm ³ /min
Q _{min}	7 až 11 dm ³ /min
V _{min}	10 dm ³
V _c	500 cm ³
-	motorová nafta
t	- 10 až + 50 °C
P _{max}	0.3 MPa
δ _{dov}	± 0.5 %



Pozn.: Dovoľené sú len hodnoty maximálneho prietoku v krokoch po $10 \text{ dm}^3/\text{min}$ a minimálneho prietoku v krokoch po $1 \text{ dm}^3/\text{min}$, pri ktorých je pomer $Q_{\max} / Q_{\min} \geq 10$.

5. Údaje na meradle, bod 5.3 ad b) typ stojana o : BMP 10../H



Skúšku vykonal : I.Chren



Ing. Milan Kachút
vedúci oddelenia 223

