

# ÚRAD PRE NORMALIZÁCIU, METROLÓGIU A SKÚŠOBNÍCTVO SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Štefanovičova 3, 814 39 Bratislava

## DODATOK č. 1

zo dňa 10.10.1996

k Rozhodnutiu č. 960/142/94-122 zo dňa 12.12.1994, ktorým sa vydalo

## OSVEDČENIE O SCHVÁLENÍ TYPU MERADLA

pre meradlo so štátnou značkou schváleného typu

**TSQ 142/94-122**

Na žiadosť firmy KŘÍŽÍK, a.s., Solivarská 1, 080 01 Prešov, SR, Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR na základe § 6 zákona č. 505/1990 Zb. o metrológii vydáva Dodatok č. 1, ktorým sa rozširuje schválenie typu jednovtokového suchobežného vodomeru na teplú vodu, typ BVZ 15T ako určeného meradla pri dodržaní technických údajov a podmienok, uvedených v prílohe tohto Dodatku. Týmto dodatkom sa mení názov výrobcu a rozširuje schválenie typu meradla o typ BVZ 15P T.

Výrobca: KŘÍŽÍK, a.s., Solivarská 1, 080 01 Prešov, SR


### Zdôvodnenie:

Uvedený typ meradla spĺňa všetky metrologické a technické požiadavky príslušných predpisov, čo bolo zistené a potvrdené skúškou typu vykonanou Slovenským metrologickým ústavom Bratislava.

### Poučenie o odvolaní:

Proti tomuto Dodatku k Rozhodnutiu je možné podať na ÚNMS SR rozklad do 15 dní odo dňa jeho doručenia žiadateľovi.

Príloha je neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku. Obsahuje 1 stranu textu.



*Orlovský*  
Ing. Jozef Orlovský  
riaditeľ odboru metrológie  
ÚNMS SR

JEDNOVTOKOVÝ VODOMER NA TEPLÚ VODU typu BVZ 15 T

Výrobca: KŘIŽÍK, a.s., Solivarská 1, 080 01 Prešov.

Úradná značka schválenia typu je: TSQ 142/94 - 122

Predmetom Dodatku č.1 sú nasledujúce zmeny prílohy k Rozhodnutiu č.96/142/94-122 zo dňa 12.12.1994 :

1, Názov vodomera sa rozširuje nasledovne:

JEDNOVTOKOVÝ VODOMER NA TEPLÚ VODU typu BVZ 15 T a BVZ 15P T.

2, V bode 1. Základné údaje sa mení výrobca nasledovne:

KŘIŽÍK, a.s., Solivarská 1, 080 01 Prešov.

3, V bode 2. Popis meradla sa dopĺňa odsek " - konštrukčne vyhotovený ..." nasledovne:

- konštrukčne je typ BVZ 15 T vyhotovený podľa konštrukčných listov č.26000454-455-4, 26000452-2 a typ BVZ 15P T podľa konštrukčných listov č.46000834+835-2, 46000836-3, 21197500-4-0, 46000804-3-3,

4, V bode 2. Popis vodomera v časti Počítadlo vodomera sa mení odsek "je spojené s telesom vodomera ..." nasledovne:

- je spojené s telesom vodomera prostredníctvom nalisovania krytu počítadla na vodomer - typ BVZ 15 T, alebo prostredníctvom priehľadného krytu s plombovateľnou objímkou - typ BVZ 15P T,

5, V bode 3. Základné technické a metrologické údaje sa kolónka typ meradla mení nasledovne:

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| Typ meradla | BVZ 15T, BVZ 15P T |
|-------------|--------------------|

6, V bode 6. Overenie sa veta "Pri vyhovujúcom vodomere ..." mení nasledovne:

U vyhovujúceho vodomera sa v prípade typu:

- BVZ 15T kryt počítadla nalisuje na teleso vodomera ( kryt počítadla sa nedá oddeliť od telesa vodomera bez viditeľného porušenia krytu) a kryt sa vybaví jednou úradnou značkou,
- BVZ 15P T zaistí objímka spájajúca kryt s puzdrom jednou úradnou značkou.

Ostatné náležitosti rozhodnutia zostávajú nezmenené.

vypracovali: RNDr. Milan Mišovich  
Ing. Tibor Reško

Ing. Igor Peter, vedúci odd. 232

Ing. Peter Farár, vedúci odboru 230

Ing. Peter Kneppo, DrSc., riaditeľ SMÚ  
V Bratislave 10.10.1996

