

SLOVENSKÝ METROLOGICKÝ ÚSTAV BRATISLAVA

Dodatok č.1

k Rozhodnutie číslo 960/212/93-002 zo dňa 2.12.1993
so štátnou značkou schváleného typu TSQ 212/93-002.

Na žiadosť ZPA KŘÍŽÍK, a. s., Budovateľská 38 , 080 54 Prešov

Slovenský metrologický ústav Bratislava

v y d á v a

dodatok č. 1 k Rozhodnutiu o schválení typu meradla TSQ 212/93-002.

Týmto dodatkom sa upravuje schválenie typu meradla na meracie transformátory prúdu a dopĺňa sa o typ MTP 50/5A, MTP 75/5A, MTP 300/5A a MTP 600/5A v súlade s prílohou.

Výrobca:

ZPA KŘÍŽÍK, a.s.
Budovateľská 38.
080 54 Prešov


Z d ô v o d n e n i e

Uvedený typ meradla spĺňa metrologické požiadavky, čo bolo zistené technickou skúškou, ktorej výsledky sú uvedené v Prílohe dodatku č. 1.

P o u č e n i e o o d v o l a n í

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať na ÚNMS SR rozklad do 15 dní odo dňa jeho oznámenia.

Bratislava 23.11.1994




Ing. Robert ŠPURNÝ, CSc.
riaditeľ SMÚ

k Rozhodnutiu o schválení typu meradla TSQ 212/93-002 zo dňa 2.12.1993.

Typ meradla: Merací transformátor prúdu typ MTP 50/5 A, MTP 75/5 A
MTP 300/5 A, MTP 600/5 A

Výrobca meradla: ZPA KŘÍŽÍK, a. s., Budovateľská 38, 080 54 Prešov

Doplnok č. 1 je predmetom nasledujúcich zmien a doplnkov :

1. Odstavec 1. Základné údaje
Príloha k rozhodnutiu č. 960/212/93-002 zo dňa 2.12.1993 sa dopĺňa nasledovne:
a. 600/5 A.
b. 50/5 A, 75/5 A, 300/5 A.
2. Odstavec 3. Základné technické údaje
Príloha k rozhodnutiu č. 960/212/93-002 zo dňa 2.12.1993 sa dopĺňa nasledovne:
Menovitý primárny prúd: $I_{1n} = 50 \text{ A}, 75 \text{ A}, 300 \text{ A}, 600 \text{ A}$.
3. Odstavec 4. Vzorky meracích transformátorov prúdu
Príloha k rozhodnutiu č. 960/212/93-002 zo dňa 2.12.1993 sa dopĺňa nasledovne:
Metrologická skúška bola vykonaná na vzorkách vč. 00001/94, 00007/94, 00036/93, 00011/94.
4. Odstavec 6. Overenie
Ak merací transformátor pri skúške splní parametre stanovené normou overi sa štátnou alebo podnikovou overovacou značkou cez otvor výstupku telesa prúdového transformátora a výstupku krytu sekundárnej svorkovnice.

Skúšku vykonali:

Ing. Karol H Ü B N E R
Odbor skúšania meracej techniky

Ing. P E Š K O
ZSE š.p.
HLOHOVEC

Ing. Milan B O R O V I Č K A, CSc.
Riaditeľ odboru skúšania meracej techniky

Bratislava 23.11.1994

