



PREMEX spol. s r.o.  
Nám. Dr. A. Schweitzera 194  
916 01 Stará Turá  
SLO

# Služby legálnej metrológie SR Banská Bystrica

Dodatok č.4 k Rozhodnutiu č.960/311/94-033 zo dňa 9.8.1994 so štátnou značkou schváleného typu

## TSQ 311/94 - 033

Na žiadosť : Premex spol. s r.o.  
Nám. Dr. A. Schweitzera 194  
916 01 Stará Turá

Služby legálnej metrológie Slovenskej republiky Banská Bystrica č.4 k Rozhodnutiu o schválení typu meradla

## TSQ 311/94 - 033

Týmto dodatkom sa upravuje schválenie typu meradla kalorimetrického počítadla CALMEX, v súlade s prílohou.

Výrobca : Premex spol. s r.o. Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá

### Z d ô v o d n e n i e :

Uvedený typ meradla spĺňa metrologické požiadavky čo bolo zistené technickou skúškou, ktorej výsledky sú uvedené v prílohe.

### P o u č e n i e o o d v o l a n í

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať na ÚNMS rozklad do 15 dní odo dňa jeho oznámenia.

Bratislava 14.04.1998



Jozef Slamka  
Riaditeľ SLM SR  
Banská Bystrica

Príloha

k Rozhodnutiu o schválení typu meradla zo dňa 9.8.1994

Typ meradla : kalorimetrické počítadlo CALMEX,

Výrobca : Premex spol. s r.o. Nám. Dr. A. Schweitzera 194, 916 01 Stará Turá

Dodatok č. 4 je predmetom nasledujúcich zmien a doplnkov :

1. Príloha k Osvedčeniu TSQ 311/94 - 033 sa dopĺňa:  
v časti 1. Základné údaje : názov meradla Calmex o Calmex II

v časti 2. Popis meradla sa dopĺňa o nasledovný text :

Viacfunkčné kalorimetrické počítadlo Calmex II rozširuje možnosť odčítania údajov na displeji o 12 mesačných hodnôt tepla a pretečeného množstva teplonosnej kvapaliny uložených k príslušným dátumom mesačného odčítania.



Skúšku vykonal : Marcel František



V Bratislave 14.04.1998



Ing.Ladislav Hudoba  
Riaditeľ SLM SR MP  
Bratislava