

ÚRAD PRE NORMALIZÁCIU, METROLÓGIU A SKÚŠOBNÍCTVO SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Štefanovičova 3, 814 39 Bratislava

DODATOK č. 1

zo dňa 16.09.1996

k Rozhodnutiu č. 960/341/95-003 zo dňa 03.07.1995, ktorým sa vydalo

OSVEDČENIE O SCHVÁLENÍ TYPU MERADLA

pre meradlo s úradnou značkou schváleného typu

TSQ 341/95-003

Na žiadosť firmy MEZOS - SQ, spol. s r.o., Hviezdoslavova 31, 974 00 Banská Bystrica, Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, na základe § 7 a 12 zákona č. 505/1990 Zb. o metrológii vydáva Dodatok č. 1, ktorým sa rozširuje schválenie typu meradla na vlhkomer na obilniny, olejninu a strukoviny, typ GAC 2000 o typ GAC 2100, ako určeného meradla pri dodržaní technických údajov a podmienok, uvedených v prílohe tohto Dodatku.

Výrobca: DICKEY - John Corporation, P.O.Box 10, Auburn, IL 625 15, USA


Zdôvodnenie:

Uvedený typ meradla spĺňa všetky metrologické a technické požiadavky príslušných predpisov, čo bolo zistené a potvrdené skúškou typu vykonanou v Českom metrologickom inštitúte a odborným posúdením doplnku č. 1 zo dňa 14.08.1996 k rozhodnutiu č. 1879/94/1 zo dňa 17.10.1994 Službami legálnej metrológie SR Banská Bystrica.

Poučenie o odvolaní:

Proti tomuto Dodatku k Rozhodnutiu je možné podať na ÚNMS SR rozklad do 15 dní odo dňa jeho doručenia žiadateľovi.

Príloha je neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku. Obsahuje 1 stranu a doplnok ČMI.



Orlovský
Ing. Jozef Orlovský
riaditeľ odboru metrológie
ÚNMS SR

VLHKOMER NA OBILNINY, OLEJNINY A STRUKOVINY TYP GAC 2000

rozšírenie typovej rady GAC o typ GAC 2100

Výrobca: DICKY - john Corporation, P.O.Box 10, Auburn,
IL 625 15, USA

Úradná značka schváleného typu meradla:

TSQ 341/95-003

Pre Slovenskú republiku platí Protokol o technickej skúške k doplnku ČMI č. 1 zo dňa 14.08.1996 k rozhodnutiu o schválení typu meradla č. 1879/94/1 zo dňa 17.10.1994 bez zmeny.



I. Stingl
Vypracoval: RNDr. Irena Stingl
riadiateľka SLM SR MP Banská Bystrica

Riadiateľ SLM SR Banská Bystrica: Jozef Slamka *[Signature]*

V Banskej Bystrici dňa 16.09.1996

ČESKÝ METROLOGICKÝ INSTITUT



ROZHODNUTÍ O SCHVÁLENÍ TYPU MĚŘIDLA

DOPLNĚK Č. 1

k rozhodnutí č. 1879/94/1 ze dne 17. října 1994
úřední značky schválení typu měřidla

TCM 341/94 - 1879

Typ měřidla: vlhkoměr na obiloviny, olejninu a luštěniny
typ GAC 2000,
výrobce: DISKEY - John, USA.

DOPLNĚK č. 1 vydává Český metrologický institut na žádost firmy
MEZOS spol.s r.o., Hradec Králové.

Předmětem doplňku je rozšíření rozhodnutí o schválení typu měřidla o další typ vlhkoměru typové řady GAC a to:

vlhkoměr na obiloviny, olejninu a luštěniny
typ GAC 2100.

od stejného výrobce.

Bližší technické podmínky a údaje o vybavení možnosti komunikace tohoto měřidla jsou uvedeny v příloženém protokolu ze dne 23. července 1996, který obsahuje 2 strany, 1 přílohu a je nedílnou součástí tohoto doplňku.

Platnost Doplňku č. 1 k TCM 341/94 - 1879 je ode dne jeho vydání. Ostatní údaje výše uvedeného Rozhodnutí o schválení typu měřidla ze dne 17. října 1994 zůstávají v platnosti beze změny.

P o u č e n í o o d v o l á n í:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat u Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví rozklad do 15 dnů ode dne jeho oznámení.



RNDr. Pavel K l e n o v s k ý
ředitel ČMI

Příloha

Brno, 14. srpna 1996

PROTOKOL

o technické zkoušce

příloha k rozhodnutí doplňku č. 1 k rozhodnutí o schválení
typu měřidla č. TCM 341/94 - 1879

I.

Název a typ měřidla: Vlhkoměr na obiloviny, olejninu a
luštěniny

typ: GAC 2000
GAC 2100 - rozšíření typové
řady GAC

Výrobce: **DICKEY-john, USA**

Žadatel o typové schválení:

MEZOS s.r.o.
Gebauerova 1025
Hradec Králové, 500 02

Rozhodnutí o schválení typu:

TCM 341/94 - 1879

II.

1. POPIS MĚŘIDLA

Článek se doplňuje takto:
Vlhkoměr GAC 2100 je vybaven možností komunikace
(konstrukčně a SW) přímo s připojeným PC nebo modemovým
spojením s dispečinkovým PC. Vlhkoměr GAC 2000 lze takto
dovybavit. Žadatelem je dodán komunikační program pro
zapojení vlhkoměrů GAC 2100 a upravených vlhkoměrů GAC 2000
do centrální kalibrační sítě.

3. ZKOUŠKA

Článek se doplňuje takto:

Konstrukční a SW úprava vlhkoměru GAC 2000 a konstrukční a SW řešení vlhkoměru GAC 2100 nemají vliv na metrologické parametry měřidla.

V obou typech měřidla jsou vloženy stejné kalibrační křivky.

Technická zkouška byla provedena v laboratoři vlhkosti pevných látek ČMI O1 Pardubice, Dobřenice.

III.


Vykonavatel technické zkoušky:

podpis vykonavatele:

ing. Milada Racková

.....


Pavel Srpek

.....


OI Pardubice
laboratoř vlhkosti pevných látek
Dobřenice

Datum provedení: 1. července - 15. července 1996

Datum vystavení protokolu: 23. července 1996

Počet stran protokolu: 2

+ IX příloha certifikát evropského obchodního zastoupení
výrobce vlhkoměrů typové řady GAC DICKEY-john

Příloha
k protokolu o technické zkoušce - vlhkoměr GAC 2100

DICKEY-john® EUROPE SA

165, Bd de Vaimy
92706 COLOMBES - FRANCE

TÉL : (33-1) 41 19 21 80

FAX : (33-1) 47 86 00 07


To whom it concerns

June 11, 96


CERTIFICATE

We confirm that nothing has been changed in the measuring technology with the GAC2100 comparing to the GAC2000.

Sincerely



Didier SIMON
DICKEY-john EUROPE SA



ČESKÝ METROLOGICKÝ INSTITUT

Oblastní insp. Pardubice
Průmyslová 455
530 03 PARDUBICE

5