

ÚRAD PRE NORMALIZÁCIU, METROLÓGIU A SKÚŠOBNÍCTVO SR
Dodatok č. 1

zo dňa 31. 1. 1998

k Rozhodnutiu č.960/451/96-029 zo dňa 15.7.1997, ktorým sa vydalo

OSVEDČENIE
O SCHVÁLENÍ TYPU MERADLA

pre meradlo so štátnou značkou schváleného typu

TSQ 451/96-029

Na žiadosť: **ROBERT BOSCH, s.r.o.**, 852 50 Bratislava, Kutlíkova 17, Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR na základe § 7 Zákona č.505/1990 Zb. o metrologii vydáva Dodatok č. 1, ktorým sa

rozširuje schválenie typu meradla

analyzátor výfukových plynov motorových vozidiel **BOSCH ETT 008.55 a 008.62** (rozšírenie o typ **008.70**) na meranie emisií výfukových plynov motorových vozidiel so zážihovým a Wankelovým motorom ako pracovné meradlo určené pri dodržaní technických údajov a podmienok, uvedených v prílohe tohto Dodatku.

Výrobca: **Robert Bosch, GmbH**
 D-7310 Plochingen, Postfach 1129
 Nemecko

Z d ô v o d n e n i e

Uvedený typ meradla spĺňa metrologické a technické požiadavky príslušných predpisov, čo bolo zistené a potvrdené skúškou typu vykonanou Slovenským metrologickým ústavom a výrobcom dokladovanou zhodnosťou typu pre verziu **E T T 008.70**.

P o u č e n i e o o d v o l a n í

Proti tomuto Dodatku k rozhodnutiu je možné podať na ÚNMS SR rozklad do 15 dní odo dňa jeho doručenia žiadateľovi.

P r í l o h a je neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku. Obsahuje 1 stranu textu.



Orlovský
 Ing. Jozef Orlovský
 riaditeľ odboru metrológie ÚNMS SR

Analyzátor výfukových plynov motorových vozidiel BOSCH ETT 008.70

Výrobca : **Robert Bosch, GmbH**
D-7310 Plochingen, Postfach 1129, Nemecko

Predmetom Dodatku č. 1 sú nasledujúce zmeny a doplnky k prílohe k Rozhodnutiu č.:
960/451/96-029 :

1. Základné údaje

Typ meradla sa dopĺňa o : **BOSCH ETT 008.70**

2. Popis meradla

odrážka č. 1 sa dopĺňa o : a **BOSCH ETT 008.70**

odrážka č. 9 sa dopĺňa o : a **BOSCH ETT 008.70** nepoužíva ku kalibrácii dátový terminál
DTL 224

odrážka č. 14 sa nahrádza textom : - kalibrácia je možná po prepnutí kalibračného spínača a
pre kalibráciu je potrebný dátový terminál DTL 224 (pre typ BOSCH ETT 008.55 a
008.62), typ BOSCH ETT 008.70 možno používať len v spojení s testovacími
prístrojmi (ako napr. MOT 151, 250 a FSA)

3. Základné metrologické a technické údaje

údaj rozmery sa nahrádza textom :

rozmery 165 x 250 x 440 mm pre všetky typy
(BOSCH ETT 008.55 a 008.62 a typ BOSCH ETT 008.70)

6. Overenie

bod a) , druhý odstavec sa dopĺňa o text : Kalibrácia typu BOSCH ETT 008.70 je možná len
v spojení so servisným software pre PC.

Novanská

Skúšku vykonala : RNDr. Oľga Novanská

Riaditeľka odboru 260 : RNDr. Anna Mathiasová

Mathiasová

Riaditeľ Slovenského metrologického Ústavu : Ing. Peter Kneppo, Dr.Sc.

Kneppo

V Bratislave 31.1.1998

